

מידע למשתמשי DiaCent-12, DiaCent-CW

**אל: המשתמשים במיכשור מדגם:
צנטריפוגת מבחנות / רוחצת**

הנדון: טיפול תקופתי.

שלום רב,

עפ"י הוראות היצרן, על מנת להבטיח הפעלה סדירה של המכשיר שברשותכם, יש לבצע טיפול תחזוקתי על פי תכנית, פעם בשנה.

המטרה: תפעול נכון, דיוק בתוצאות, מניעת תקלות.

המבצעים: הטכנאים המורשים של חברת דיאמד (ישראל).

אורך זמן הטיפול: כשעה.

יש ליצור קשר עם מנהל המחלקה הטכנית בחברת דיאמד (ישראל) ולתאם את מועד הטיפול. בסוף הטיפול יוגש למעבדה / לבנק הדם דו"ח מפורט (דו"ח כיוול) שיפרט את הנושאים שנבדקו, ויהווה אישור לתקינות המכשיר.

לידעתכם: במידה והמכשירים אינם באחריות הטיפול כרוך בתשלום.

למידע נוסף:

איציק בן עטר (מנהל המחלקה הטכנית)-פלאפון: 050-6846180

אתר החברה: www.diamed.co.il

בברכה,

דיאמד (ישראל) בע"מ

מחלקת השרות